

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»)**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Пушкарёва ул., д.5, г.Ульяновск, 432049 тел./факс (8422) 40 56 63, e-mail info@73fguz.ru
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя испытательного лабораторного
центра

Лицензия на медицинскую деятельность
№ ФС-73-01-000715 от 02 декабря 2019 года

О. В. Тимиркина
« 07 » 02 20 22 г.



**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2210 от 7 февраля 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Торговый Дом "Улгран"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кухонная мойка ULGRAN Quartz Forte 485-03; дата изготовления: 10.12.2021; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 1 обр.

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Стоун Локус"

Юридический адрес: РОССИЯ, г. Москва, муниципальный округ Даниловский, ул. Дербеневская, д. 11, эт. 3, ком. 1

Фактический адрес: РОССИЯ, Московская область, г. Егорьевск, ул. Профсоюзная, д. 34
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Торговый Дом "Улгран", Ульяновская область, г.Ульяновск, Московское шоссе, д. 24 Б

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.01.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Лихоманов А.С., генеральный директор

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.01.2022 10:50

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 18321-73 "Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.",

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 152 ОЛД от 24.01.2022
площадь 1 образца 144 см²

8. НД на продукцию: ТУ 22.23.12-001-47101866-2021 "Изделия из литых композитов. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)",
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 10.11.22.2210 7.4

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображений АТ-05	270	6913/20-Н от 29.10.2020	28.10.2022

2	Аспиратор ПУ-4Э	4114	С-ВБ/16-11-2021/109625768 от 16.11.2021	15.11.2022
3	Камера климатическая	020	2423/01 от 27.10.2021	26.10.2022
4	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	0922-Б-Г	С-БЯ/18-06-2021/71719274 от 18.06.2021	17.06.2022
5	Фотометр КФК-3-01	0700113	038088/01-20 от 04.08.2020	03.08.2022
6	Хроматограф газовый Кристалл-5000.2	852710	С-ВБ/18-10-2021/104410649 от 18.10.2021	17.10.2022
7	Хроматограф газовый Кристалл-5000.2	952552	С-ВБ/18-10-2021/104021440 от 18.10.2021	17.10.2022

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

13. Место осуществления деятельности: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12

432072 г. Ульяновск, ул. А. Наганова, 12

14. ИЛЦ (ИЛ) не несет ответственность за информацию предоставленную заказчиком.

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 27.01.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2210 испытания проведены по адресу: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12 дата начала испытаний 27.01.2022 11:20 дата выдачи результата 04.02.2022 13:37					
1	Одориметрия	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зубкова Т. М., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.01.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2210 испытания проведены по адресу: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12 дата начала испытаний 27.01.2022 11:20 дата выдачи результата 04.02.2022 13:34					
1	Ацетальдегид	мг/м3	менее 0,005	не более 0,01	МУК 4.1.3170-14
2	Изопропиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,2	МУК 4.1.3170-14
3	Метанол	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
4	Стирол	мг/м3	менее 0,001	не более 0,002	МУК 4.1.598-96
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зубкова Т. М., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
Образец поступил 27.01.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2210 испытания проведены по адресу: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12 дата начала испытаний 27.01.2022 11:20 дата выдачи результата 04.02.2022 13:37					
5	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	РД 52.04.791-2014
6	Водород хлористый	мг/м3	менее 0,04	не более 0,1	РД 52.04.793-2014
7	Фенол	мг/м3	менее 0,003	не более 0,003	РД 52.04.799-2014
8	Формальдегид	мг/м3	менее 0,01	не более 0,01	РД 52.04.823 - 2015
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зубкова Т. М., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.01.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2210 испытания проведены по адресу: 432072 г. Ульяновск, ул. А. Наганова, 12 дата начала испытаний 27.01.2022 11:20 дата выдачи результата 03.02.2022 09:52					
1	K-40	Бк/кг	менее 35	не нормируется	М (методика) 40090.3Н700
2	Ra-226	Бк/кг	менее 4,5	не нормируется	М (методика) 40090.3Н700
3	Th-232	Бк/кг	8,3±4,1	не нормируется	М (методика) 40090.3Н700
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	менее 21	не более 370	М (методика) 40090.3Н700
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ешков Д. А., химик-эксперт					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.01.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2210 испытания проведены по адресу: 432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 5, 432072, ул. А. Наганова, 12 дата начала испытаний 27.01.2022 11:20 дата выдачи результата 04.02.2022 13:37					
1	Индекс токсичности (с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота)	%	95,6	80 - 120	МР 29 ФЦ/2688
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зубкова Т. М., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Подпись, Ф.И.О., должность лица,

ответственного за оформление протокола:  Гужов А. С., биолог